

Łódź, dnia 06.08.2024r.

Wykonawca:

POLGEN Machejko Spółka Komandytowa

ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Ul. Jana Kilińskiego 1

15—089 Białystok

Dotyczy zapytania ofertowego na: Sukcesywna dostawa próbek firmy Micronic dla Centrum Badań Klinicznych UMB, znak sprawy: TZ.220.14.2024.ZO.4

Firma POLGEN Machejko Spółka komandytowa zwraca się do Zamawiającego z pytaniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści produkt w 96-dołkowych rakach? Probówki nie występują w formacie 98-dołkowym.

Pytania 2

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wskazując, że probówki są odporne na temp. do +1000 °C. Standardowo probówki wytrzymują temp. do +100 °C.

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 35 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia?

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Kurzyk